

FUNCIONAMIENTO: Purificación de agua Grado II mediante resinas de intercambio iónico. La obtención de agua tiene lugar a través de un grifo situado en el depósito.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: Limpieza mensual del circuito mediante tratamiento con pastilla de cloro.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Reemplazamiento de las resinas de intercambio iónico una vez cada cinco meses.

MODO DE ACTUACIÓN ANTE UN ACCIDENTE COMÚN: Desconectar el equipo de la red eléctrica y cerrar la llave de paso del agua.